

送信用紙

Fax : 045-681-7578

e-Mail : kart501@soleil.ocn.ne.jp

自然放射線測定結果

測定日時	2018 年 3 月 9 日					18 : 12
測定場所	小田原市立病院					
測定器	型式 PDR -101			製品番号 R 00687		
	測定器の種類(例 : NaI シンチレータ) アロカ ポケットサーベイメーター CsI(Tl)シンチレーション検出器					
測定値 ($\mu\text{Sv/h}$)	①	②	③	④	⑤	平均値
	0.031	0.038	0.036	0.029	0.031	0.033
測定者	氏名	宗像 達也				
	所属 (勤務先等)	小田原市立病院				
	所属地区	西湘放射線技師会				