

送信用紙

Fax : 045-681-7578

E-Mail : kart_office@kart21.jp

自然放射線測定結果

測定日時	R 6 年 8月 9日		AM (PM) 16 : 36			
測定場所	小田原市立病院					
測定器	型式 アロカ PDR-101			製造番号 R-000686		
	測定器の種類 CSI(TI)シンチレーション検出器					
測定値 (μ Sv/h)	①	②	③	④	⑤	平均値
	0.027	0.030	0.028	0.027	0.027	0.028
測定者	氏名	宗像 達也				
	所属 (勤務先等)	小田原市立病院				
	所属地区	西湘				